

JIS Q 1000に基づく自己適合宣言書

発行者の名称： 理研計器株式会社

発行者の住所： 東京都板橋区小豆沢2-7-6

宣言の対象： 型式： GX-9000

※国内仕様

酸素計：検知範囲 0.0~25.0vol%

硫化水素計：検知範囲 0~30ppm

上記の宣言の対象は、次のJIS規格の要求事項に適合している。

〈JIS番号〉	〈規格名称〉	〈発効年月日〉
JIS T 8201	酸素欠乏測定用酸素計	2010年 3月23日
JIS T 8205	硫化水素計	2018年 4月25日

追加情報： 弊社はISO9001に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。
支援文書として、「試験成績書」を用意しております。
尚、この宣言は対象の出荷時における適合を宣言するものであり、引渡後の
経年変化まで含むものではありません。

問合せ先： 理研計器株式会社 品質管理センター 品質管理課
埼玉県春日部市南栄町2-3
TEL:(048)-878-8047 FAX:(048)-761-1181

代表者又は代理者の署名：

高倉 俊行

(発行日) 2026年5月7日

(発行場所) 理研計器株式会社 開発センター

(役職名・氏名) 品質管理センター 品質管理センター長 高倉 俊行

※この文書は、JIS Q 1000に基づき作成された自己適合宣言書である。