

# 防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	東京都板橋区小豆沢2丁目7番6号 理研計器株式会社	
製造者	東京都板橋区小豆沢2丁目7番6号 理研計器株式会社	
品名	ガス警報器（携帯用）	
型式の名称	SP-230	
防爆構造の種類	本質安全防爆構造（ia）	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	IICT4 Ga	
防爆記号	Ex ia IICT4 Ga	
適用基準	工場電気設備防爆指針（国際整合技術指針） JN10SH-TR-46-1:2020 及び 6:2015	
定 格	電源 DC3.0V（LR6 株式会社東芝 2本） 周囲温度 -20℃～+55℃	
使用条件		
型式検定合格番号	第 TC22875 号	
	有効期間	型式検定者の所属及び氏名
	2023年 3月29日から 2026年 3月28日まで	試験認証部 佐藤 英徳
	2026年 3月29日から 2029年 3月28日まで	試験認証部 佐藤 英徳
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2023年 3月29日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長