




防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	東京都板橋区小豆沢2丁目7番6号 理研計器株式会社		
製造者	東京都板橋区小豆沢2丁目7番6号 理研計器株式会社		
品名	毒性ガス警報器（携帯用、拡散式）		
型式の名称	SC-01		
防爆構造の種類	本質安全防爆構造（ia）		
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	IIBT3		
定格	電源 DC3V 10mA（LR6 2本） バックアップ回路 DC1.55V 10μA （同一型式は別表のとおり）		
使用条件			
型式検定合格番号	第 TC17758 号		
有効期間	平成18年 9月20日 から 平成21年 9月19日まで		
	平成21年 9月20日 から 平成24年 9月19日まで		
	平成23年 3月18日 から 平成26年 3月17日まで		
	平成26年 3月18日 から 平成29年 3月17日まで		

最新更新
一級変更

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成18年 9月20日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会長



型式検定合格証 (続)

有効期間	平成 29 年 3 月 18 日から平成 32 年 3 月 17 日まで	
	2020 年 3 月 18 日から 2023 年 3 月 17 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	



同一型式一覧表

型式の名称	定 格		備 考
	電 源	バックアップ回路	リモートケーブル
SC-01	DC3V 10mA (LR6 2本)		ストレートタイプ 50cm ~ 10m
	DC3V 10mA (R6PU 2本)	DC1.55V 10 μ A	カールタイプ 2.8~3.4m
	DC3V 10mA (R6P 2本)		なし

(備考) 表中の は検定供試品を示す。

