

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	東京都板橋区小豆沢 2 丁目 7 番 6 号 理研計器株式会社	
製造者	東京都板橋区小豆沢 2 丁目 7 番 6 号 理研計器株式会社	
品名	ガス検知器	
型式の名称	G X - 2 1 0 0 - K	
防爆構造の種類	非点火防爆構造 (n A)	
対象ガス又は蒸気の 爆発等級及び発火度	I I B T 4 G c	
防爆記号	E x n A I I B T 4 G c	
適用基準	工場電気設備防爆指針 (国際整合技術指針) JN10SH-TR-46-1 及び 8:2015	
定 格	電源 D C 5 V 1 0 0 m A 周囲温度 - 2 0 ° C ~ + 5 0 ° C	
使用条件	ガス検知器は光にさらさないこと。 ガス検知器に強い力や衝撃が加わらないよう使用すること。詳細は取扱説明書を参照すること。 IEC 60664-1 に定義される汚損度 2 を超える環境で使用しないこと。 過渡電圧から保護するため、当機器への電源供給箇所において、ピーク定格電圧の 1 4 0 % を超えないよう保護デバイスを備えること。	
型式検定合格番号	第 T C 2 2 5 5 3 X 号	
有 効 期 間		型式検定者の所属及び氏名
2 0 1 9 年 1 0 月 2 1 日から 2 0 2 2 年 1 0 月 2 0 日まで		試験認証部 後藤 隆
2 0 2 2 年 1 0 月 2 1 日から 2 0 2 5 年 1 0 月 2 0 日まで		試験認証部 後藤 隆
2 0 2 5 年 1 0 月 2 1 日から 2 0 2 8 年 1 0 月 2 0 日まで		試験認証部 佐藤 英徳
年 月 日から 年 月 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2 0 1 9 年 1 0 月 2 1 日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長